

2021年6月

CPAP ご利用者様 各位

株式会社フィリップス・ジャパン
〒108-8507 東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル
スリープ & レスピラトリーケア事業部

現在ご使用の CPAP 装置の安全性に関わるご案内

現在ご使用頂いております CPAP 装置において、微細粒子が確認されたという苦情が 2020 年度において全世界で 0.03%の割合で報告されております。なお、日本国内においては、これまでに同事象と同定された報告は確認されていません。

海外製造元において詳細に調査しましたところ、装置内部に使用されている防音用部品から「微細粒子」や「化学物質」が発生し、患者さまが吸い込んだりすることにより、健康被害を生じる可能性があることが判明しました。

これを受けて弊社では、該当の CPAP 装置を処方頂いているすべての先生方に、安全性に関する情報のご案内を行っております。想定される健康への影響としては、当該防音用部品から生じる微細粒子や化学物質の吸入により、皮膚や目、気道等への刺激感、炎症反応、頭痛、めまい、喘息症状、過敏症、悪心/嘔吐、腎臓や肝臓などの内臓器官に対する毒性有害作用や発がん性の影響など、健康や生命にかかわる重篤な影響や恒久的な障害の発生する可能性が考えられています。

つきましては、該当する CPAP 装置のご使用の一時中止について、主治医の先生とご相談下さるようお願い申し上げます。

皆さまには多大なるご心配ならびにご迷惑をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。

また、本件に関する患者さま専用コールセンターを新設しておりますので、ご不明な点が御座いましたら下記にご連絡を頂きますようお願い申し上げます。

記

- 本件に関する新設コールセンター（フリーダイヤル）
0800-123-6434（平日 9:00-17:30）
- 従来のお客さまコールセンター（フリーダイヤル）
0120-48-4159（7:00～22:00：365 日対応）

以上

