

2021年6月

お客様各位



東京都中央区八丁堀四丁目 8-2 いちご桜橋ビル

TEL: 03-5117-7110 FAX: 03-5117-7115

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社

弊社 CPAP 製品に使用されているフォーム素材についてのご案内

拝啓

平素より弊社ならびに弊社製品に対して格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

このたび、他社の睡眠・呼吸ケア製品の一部に使用されている消音フォームに関しまして、米国ではリコールの通知が、その他の国では市場安全性通知が発行されたことを確認いたしました。

弊社の CPAP 機器の物質解析を行った結果、使用されているフォーム素材は該当製品と異なることを確認しております。弊社の CPAP 製品は引き続き安全かつ効果的にお使いいただけますのでご安心ください。

弊社は、使用者の方々と製品の安全性を最優先に考えています。今後も引き続き、市販後の製品調査を通じてモニタリングを行ってまいります。

製品の正しい洗浄・消毒方法については、製品の取扱説明書(Use and Care Guide および Clinician Guide)をご参照ください。

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

敬具